

ECL Basic Femto Kit(10fg){ECL 化学发光底物,普通飞克型 10fg}

货号: BRK0093

规格: 100 mL / 500 mL

◆ 产品简介

ECL 化学发光底物,普通飞克型 10fg,是一款高灵敏度的化学发光(ECL)HRP 底物,可帮助用户在免疫印迹分析过程中实现飞克级的蛋白检测($\sim 1 \times 10^{-13}$ g), 极其节省抗体。本产品底物可为使用辣根过氧化物酶(HRP)偶联物的免疫印迹实验提供明亮的信号和飞克级检测灵敏度。该底物能够兼容各种膜、封闭液和宽范围抗体稀释液,以出色性能、通用性和高性价比,满足用户的免疫印迹应用需求。

◆ 产品特点

- 1.灵敏度高: 检测硝化纤维素膜或 PVDF 膜上飞克级的蛋白条带。
- 2.长信号持续时间: 在条件优化情况下,经底物孵育的印迹条带能够持续输出 6~8 h 的可检测光信号。
- 3.价格经济: 配方经过优化,适用于浓度极低的抗体检测,建议稀释浓度: 一抗浓度: 建议以 1mg/mL 储备液起 1:1,000-1:5,000 或 0.2-1ug/mL ; 二抗浓度: 建议以 1mg/mL 储备液起 1:20,000-1:100,000 或 10-50ng/mL 。

◆ 产品组成

组成	体积 1	体积 2
SolutionI	50 mL	250 mL
SolutionII	50 mL	250 mL

◆ 保存条件

2-8℃避光保存,有效期 24 个月。

◆ 操作步骤 (仅供参考)

1. 取出印记膜,加入合适的封闭液在温室下孵育 20~60 min,同时振荡,以封闭膜上非特异性蛋白结合位点。
2. 将膜从封闭液中取出,与一抗工作液在温室孵育 1 h,同时振荡;或在 28℃ 孵育过夜,不振荡。
3. 将足量的洗涤缓冲液加至膜上,保证缓冲液将膜完全覆盖。振荡孵育 ≥ 5 min,更换洗涤缓冲液并重复该步骤 4~6 次。增加洗涤缓冲液体积,洗涤次数和洗涤时间有助于降低背景信号。

注意: ①孵育前,膜在洗涤缓冲液中的短暂淋洗会提高洗涤效率。②按前文建议的 HRP 标记二抗稀释度非常重要的。

4. 将 HRP 标记的二抗工作液与膜在温室孵育 1 h,同时振荡。

5. 重复步骤 3,以除去未结合的 HRP 标记二抗。

注意: 膜与 HRP 标记二抗孵育后必须进行彻底洗涤。

6. 将 SolutionI溶液与 SolutionII液等比例混合,试剂盒 SolutionI为底物,保存于避光试剂瓶中, SolutionII为氧化剂。通常取样顺序为先取 SolutionI,换枪头后再取氧化剂 SolutionII。制备成工作液。每 cm^2 膜使用 0.01~0.1 mL 工作液,工作液可以在温室下稳定 8 h。

注意: 建议立即使用工作液,室温放置数小时后仍可使用但灵敏度略有降低。暴露于日光或其他强光下可能损害工作液,为获得最佳结果,请将此工作液保存在琥珀色瓶中或暗室操作。

7. 将印记膜在工作液中孵育 5 min。从工作液中取出印记膜, 并置于一个塑料片或清洁的塑料纸(膜)中, 用一张吸水纸吸除多余的液体, 并从印记和塑料纸之间小心地压出气泡。

8. 将包在塑料纸(膜)中的印记膜置于胶片暗盒中, 蛋白质面朝上, 除适用于胶片曝光的灯(如红色安全灯)之外, 关闭所有的灯。

注意: ①胶片必须在曝光期间保持干燥; ②确保将多余的底物从膜和塑料纸上完全去除; ③在整个胶片处理期间, 使用手套。

9. 将 X 光胶片置于膜的上面。建议第一次曝光 60 s。之后可调整曝光时间以达到最佳结果。化学发光反应在底物孵育后的前 5~30 min 期间是最强烈的。这一反应可以持续几个小时, 但强度会随时间下降, 如有底物孵育后较长时间后曝光, 曝光时间可能需要延长以获得较强信号。如果使用磷光存储成像设备(如 Bio-Rad 的分子成像仪系统)或 CCD 照相机可能需要较长的曝光时间。

注意: 胶片与膜之间的任何移动可能在胶片上造成人为的非特异信号; 请注意充分利用荧光较强的 30 min 进行压片。

10. 使用合适的显影剂和定影剂对胶片进行显影。如果信号太强, 则缩短曝光时间或将印记膜进行剥离并降低抗体浓度重新检测。

◆ 注意事项

1. 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。SolutionI、SolutionII均对人体有害, 操作时请注意适当防护。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

2. 为获得最佳效果, 必须优化该系统的全部组分, 包括样品量、一抗和二抗浓度以及膜和封闭试剂的类型。

3. 使用本产品比使用沉淀比色 HRP 底物检测所需的抗体浓度低。为优化抗体浓度, 请进行一次系统的点印迹分析。

4. 没有一种封闭试剂对所有系统而言都是最佳的, 所以为每一个免疫印迹检测系统找到最合适的封闭缓冲液非常必需。封闭试剂有可能与抗体产生交叉反应, 导致出现非特异性信号。封闭缓冲液同时也会影响系统的灵敏性。当从一种底物转换为另一种底物时, 有时会出现信号衰减或背景增加的现象, 原因可能是封闭缓冲液不适合新的检测系统。

5. 使用亲和素/生物素检测系统时, 避免使用牛奶作为封闭试剂, 因为牛奶中含有不定量的内源性生物素, 会导致高背景信号。

6. 保证洗涤缓冲液、封闭缓冲液、抗体溶液和底物工作液的使用体积, 以确保在整个实验过程中印迹膜完全被液体覆盖, 避免膜变干。增大封闭缓冲液及洗涤缓冲液的使用量可以降低非特异性的信号。

7. 为获得最佳效果, 在孵育步骤请使用摇床。

8. 将 Tween20(终浓度 0.05~0.1%)加入封闭缓冲液和稀释的抗体溶液, 以降低非特异信号。使用高品质的产品, 如去污剂。它保存在安瓿中, 过氧化物和其他杂质含量很低。

9. 不要使用叠氮钠作为缓冲液的防腐剂。叠氮钠是 HRP 的抑制。

10. 避免手与膜直接接触, 实验过程应戴手套或使用干净的镊子。

11. 所有设备必须清洁且不沾染外来物质。金属器械(如剪刀)不得具有可见的锈迹。锈迹可能导致斑点形成和高背景。

12. 底物工作液在室温下可稳定 8 h。日光或任何其他强光下可能损害底物, 为获得最佳结果, 将底物工作液保存在琥珀色瓶中, 并避免长期暴露在任何强光下, 短时间暴露于实验室常规照明不会损害该工作液, 移到暗房操作可以避免。

13. 各溶液使用后请盖紧瓶盖, 以防失效。尤其是 SolutionII, 因其含有氧化剂较容易被还原而失效。